

**SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL**  
**Licitación Nacional Un Solo Sobre**  
**SDO Nacional: SAG-AU-6696-SDO-03-2023**  
**Identificación en el STEP: HN-SAG-366519-GO-RFB**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y  
LIMPIEZA EN APOYO A RESPUESTA MUNICIPAL POR PANDEMIA  
COVID-19**

**ACLARATORIA No.1**

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con base a lo establecido en la Sección I. “Instrucciones a los Licitantes”, Literal B. “Contenido del Documento de Licitación”, Numeral 7. “Aclaración del documento de Solicitud de Ofertas Abierta Nacional”, para la contratación del proceso arriba enunciado, y como respuesta a las consultas de los potenciales oferentes, por este medio hace del conocimiento público, lo siguiente:

**CONSULTA #1**

*“Solicitamos muy respetuosamente que se permita ofertar por ítem separado”.*

**RESPUESTA #1**

Se aclara que se mantiene lo dispuesto en la Sección I. “Instrucciones a los Licitantes”, cláusula 1. “Alcance de la Solicitud de Ofertas” del Documento de Solicitud de Ofertas, que literalmente dice:

“La presente licitación permite a los Licitantes cotizar precios separados para los **lotes** de bienes identificados en la siguiente tabla, que luego de la evaluación de las ofertas recibidas, el Contratante adjudicará uno o más a un Licitante o varios Licitantes”.

**CONSULTA #2**

*“Para El Municipio de Juticalpa el Ítem 1.1 Alcohol etílico al 70% Bote 100ml La cantidad de 18,532, solicitamos se nos permita ofertar el equivalente que es de 500 galones, como lo solicitan en las otras regiones por galón o aclarar si la cantidad solicitada es la correcta”.*

**RESPUESTA #2**

Se aclara que la cantidad requerida en la Solicitud de Oferta es correcta; se mantienen las unidades y medidas descritas en dicho Documento.

### **CONSULTA #3**

*“Muy cordialmente solicito a Uds. revisión de las especificaciones del los termómetros Infrarrojos que se lee así : "Termómetro infrarrojo tipo pistola mas pilas (toma de temperatura sin contacto, Alarma sonora y luz en pantalla, Rango de temperatura 32 a 42.9 grados, 250 ms rápida respuesta, precisión + 0.3 °C, distancia de prueba 5 cm – 10 cm, pantalla de alto contraste, soporte para trípode de 1/4", apagado automático 15 s", ya que a pesar de que la mayoría de las características aquí solicitadas son para los termómetros de uso humano, las distancia de la prueba (5-10 cm) hasta donde es de nuestro conocimiento, solo es para los de uso industrial o no-humano ya que para que el láser no dañe el ojo la distancia de toma de temperatura recomendada es de 1 cm. Lo mismo en relación al soporte de trípode, que no son para termómetro tipo pistola, si no un modelo diferente”.*

### **RESPUESTA #3**

Ver Enmienda #1 al Documento de Solicitud de Oferta.

### **CONSULTA #4**

*“Favor aclarar si en todos los casos los guantes de látex amarillo se refiera a par, ya que en algunos casos menciona "Caja de 50 pares" y éstos vienen unicamente en par”.*

### **RESPUESTA #4**

El oferente deberá tener el cuidado de revisar según cada caso definido en el Formulario de la Oferta, cuando se requiera la caja de 50 pares o se solicite el precio por par y presentar su oferta en consecuencia.

11 de diciembre de 2023

**SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)**